



財團法人全國認證基金會  
Taiwan Accreditation Foundation

## 認證證書

(證書編號：L3860-241204)

茲證明

康普材料科技股份有限公司

材料實驗室

新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路 11 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認證編號：3860

初次認證日期：一百一十年十二月十日

認證有效期間：一百一十三年十二月十日至一百一十六年十二月九日止

認證範圍：測試領域，如續頁

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一一三年十二月四日

認證編號：3860

實驗室主管：楊慧美

26.99 化學試藥

硫酸鈷結晶

C070 重金屬分析

自訂方法: 硫酸鈷結晶成品分析方法(文件編號: LQI-702-L01-001) 參考 GB/T 26523 & US EPA 6010D

Mn, Cu, Ca, Mg, Zn, Cr, Cd : (5 to 200) mg/kg (ppm)

Pb, Sn, Al, K, Fe, Ni, Na, Si : (10 to 200) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 吳玉瑩; 楊慧美

C170 含量分析

自訂方法: 硫酸鈷結晶成品分析方法(文件編號: LQI-702-L01-001) 參考 HG/T 2631 & GB/T 603

鈷: (15 to 22) % (w/w)

報告簽署人: 吳玉瑩; 楊慧美

26.99 化學試藥

硫酸鎳結晶

C070 重金屬分析

自訂方法: 硫酸鎳結晶成品分析方法(文件編號: LQI-702-L01-002) 參考 GB/T 26524 & US EPA 6010D

Co, Fe, Na, Ca, Mg, Zn, Cr, Al, K, Si : (5 to 200) mg/kg (ppm)

Mn, Cu, Pb, Cd, Sn: (10 to 200) mg/kg (ppm)

報告簽署人: 吳玉瑩; 楊慧美

測試場地: 1. 苗栗縣頭份市中華路 440 號

C170 含量分析

自訂方法: 硫酸鎳結晶成品分析方法(文件編號: LQI-702-L01-002) 參考 HG/T 4020 & GB/T 603

鎳: (15 to 23) % (w/w)

報告簽署人: 吳玉瑩; 楊慧美

測試場地: 1. 苗栗縣頭份市中華路 440 號

(以下空白)

